

放射诊疗许可证

副本

中华人民共和国国家卫生健康委员会制





填 写 说 明

- 一、本证由发证机关填写。
- 二、正本及副本第3页由发证机关盖章。
- 三、正本及副本第3页登录的“负责人”，法人单位是指法定代表人姓名；非法人的单位，则填写主要负责人姓名。
- 四、正本及副本第3页登录的“许可项目”是指开展的放射诊疗项目：放射治疗、核医学、介入放射学和X射线影像诊断。
- 五、副本第4、5页是在许可的放射诊疗项目内确定项目明细，在“有或无”一栏中填写“有”或“无”。
- 六、副本第6页和第8页登录的“最大等效日操作量”、“最大等效年操作量”应当按照有关标准计算得出。
- 七、副本第7页“主要参数”是指X射线机的电流（mA）和电压（kV）、加速器线束能量等主要性能参数。

放射诊疗许可证

宣卫放证字(2021)第01号

医疗机构名称: 泾县中医院.

负责人: 项小明

地址: 泾县泾川镇红星路25号.

许可项目: X射线影像诊断、介入放射学.

校验记录:

校验合格 2019年8月22日.			
---------------------	--	--	--



放射诊疗许可范围(续表)

诊疗项目	项目明细	有或无	校验日期			
			第一次	第二次	第三次	第四次
核医学	骨密度测量					
	籽粒插植治疗					
	放射性药物治疗					
	其他核医学诊疗项目					
介入放射学	DSA介入放射诊疗	✓				
	其他影像设备介入放射诊疗					
X射线影像诊断	X射线CT影像诊断	✓				
	CR、DR影像诊断	✓				
	牙科X射线影像诊断					
	乳腺X射线影像诊断					
	普通X射线影机像诊断	✓				
	其他X射线影像诊断					



医用放射装置、放射性同位素概况

射线装置		类 别		总 台 数	
				8	
非密封型 放射性同位素		最大等效日操作量 Bq			
		最大等效年操作量 Bq			
		工作场所级别个数 甲级_____乙级_____丙级_____			
密封型放射性同位素	密封源	核素	总数 (个)	总活度 (Bq)	
	含密封源装置	装置名称	台 数	总活度 (Bq)	



射线装置明细

序号	装置名称	型号	生产厂家	设备编号	主要参数	所在场所	经办人及日期	变更情况	
								变更事项	经办人及日期
1.	CT	Hireed Dowl	美国GE	082409110123	140KV 200MA	放射科			
2.	数字胃肠机	BSX 50AC-XD	岛津	61107203	150KV 630MA	放射科			
3.	DR	Munitix Select	西门子	21001	150KV 800MA	放射科			
4.	DR	PDC50	荷兰飞利浦	73646282	150KV 800MA	放射科			
5.	CT(64排)	DTima 680	美国GE	08242111244	140KV 560MA	放射科			
6.	C型臂	OEC Fluorob Compact b	美国GE	79-L8880	140KV 560MA	住院楼 8楼3号			
7.	移动DR	Optima XR22amx	美国GE	082407110115	125KV 300MA	手术室 发热门诊			
8.	DSA	Optima ZG8330	GE	DV5598000 B3H2	150KV 800MA	介入内镜 科.DSA 手术室			

